Skrócona instrukcja obsługi Accu-Chek Mobile – Polski/Polska

DB415

Przygotowanie do korzystania z systemu Accu-Chek Mobile

Otworzyć osłonę końcówki całkowicie, aż do oporu. Tylko wtedy możliwe jest otwarcie komory kasety i włożenie kasety testowej.

Przesunąć przycisk odblokowujący pokrywy komory kasety do góry.

Włożyć nową kasetę testową do glukometru. Zamknąć pokrywę komory kasety i osłonę końcówki.

Zdjąć folię ochronną baterii do tyłu z glukometru. Zdjąć folię ochronną z wyświetlacza.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk przez około 2 sekundy, aż włączy się glukometr. Wybrać język za pomocą przycisków .



Nacisnąć przycisk , aby ustawić wybrany język. Zatwierdzić, naciskając przycisk .

Przygotowanie nakłuwacza

Zdjąć nasadkę z nakłuwacza.



Włożyć nowy bębenek z lancetami (białym końcem do przodu). Dostępnych jest teraz 6 nowych, sterylnych lancetów.

.

Bębenek usunąć dopiero po zużyciu wszystkich 6 lancetów. Po wyjęciu bębenka z lancetami nie można go włożyć z powrotem.

Ponownie nałożyć nasadkę.

Obracać nasadkę, aż na oznaczeniu będzie widoczna żądana głębokość nakłucia. Zaczynać od średniej głębokości nakłuwacza, np. 3, a następnie ją dopasować.

Przygotowanie nakłuwacza do następnego pomiaru poziomu glukozy we krwi: Poruszyć dźwignię w kierunku ① i z powrotem w kierunku ②.

Na co należy zwrócić uwagę

1 Czyste palce

Umyć ręce ciepłą wodą z mydłem i dobrze spłukać. Dokładnie wysuszyć ręce czystym ręcznikiem.

2 Dobrze uformowana kropla krwi

Zawsze nanosić małą, świeżo pobraną i dobrze uformowaną kroplę krwi.

3 Natychmiastowe wykonanie pomiaru

Uzyskaną kroplę krwi należy niezwłocznie nanieść na pole testowe.

4 Prawidłowe nanoszenie krwi

Kroplą krwi delikatnie dotknąć środkowej części pola testowego. Nie rozsmarowywać kropli na jego powierzchni.

Pomiar poziomu glukozy we krwi

1

Otworzyć osłonę końcówki. Glukometr włącza się automatycznie.

2

Mocno docisnąć nakłuwacz w wybranym miejscu nakłucia. Przycisk spustowy nacisnąć całkowicie do dołu, aby uzyskać kroplę krwi.

3

Delikatnie nanieść kroplę krwi na środek pola testowego. Gdy na ekranie pojawi się informacja „Test in progress“ (pomiar w toku), można zdjąć palec z pola testowego.

4

Pomiar trwa około 5 sekund. Po odczytaniu wyniku zamknąć osłonę końcówki. Glukometr wyłącza się.

Roche Diabetes Care GmbH
Accu-Chek Wsparcie Klienta, Telefon: 020-41 00 42, Telefon: 020-41 00 42, E-mail: info@accu-chek.se, **www.accu-chek.se**

ACCU-CHEK®