# **Kratko uputstvo za uređaj Accu-Chek Mobile** – BKS/Bosanski/Hrvatski/Srpski

DB419

## Početak korištenja sistema Accu-Chek Mobile

Otvorite poklopac vrha skroz do kraja.
Tek tada ćete moći da otvorite odjeljak za kasetu i umetnete ispitnu kasetu.

Gurnite klizno dugme naviše.
Tako ćete otvoriti poklopac odjeljka za kasetu.

Umetnite novu test-kasetu u mjerač.
Zatvorite poklopac odjeljka za kasetu i poklopac vrha.

Izvucite zaštitnu traku baterije iz mjerača.
Skinite zaštitnu foliju s displeja.

Pritisnite dugme na oko 2 sekunde dok se mjerač ne uključi.
Upotrijebite dugme da biste odabrali jezik.




Pritisnite dugme da biste podesili željeni jezik. Pritisnite dugme da biste potvrdili odabrani jezik.

## Priprema ubadača

Skinite poklopac sa ubadača.




Umetnite novi bubanj s lancetama (bijeli kraj prema naprijed).
Sada na raspolaganju imate 6 novih i sterilnih lanceta.

Ne vadite bubanj s lancetama dok ne iskoristite svih 6 lanceta. Ne možete ponovo umetnuti bubanj s lancetama nakon što ga izvadite.

Vratite poklopac.

Okrećite poklopac ubadača dok željena dubina uboda ne bude poravnata sa indikatorom. Započnite od srednje dubine uboda kao što je br. 3, a zatim namjestite po potrebi.

Pripremite ubadač za naredno testiranje glukoze u krvi:
Gurnite ručicu skroz do kraja u smjeru ①, a zatim natrag u smjeru ②.

## O čemu treba voditi računa

### 1 Čisti prsti

Operite ruke toplom vodom i sapunom i dobro isperite. Temeljno obrišite ruke čistim ubrusom.

### 2 Dobro formirana kap krvi

Uvijek koristite malu, svježu i dobro formiranu kap krvi.

### 3 Testirajte odmah

Nanesite krv na ispitno područje odmah nakon što ste dobili kap krvi. Ne čekajte prije nanošenja kapi krvi.

### 4 Pravilno nanesite krv

Pažljivo prinesite kap krvi središtu ispitnog područja. Ne razmazujte kap krvi po ispitnom području.

## Testiranje glukoze u krvi

### 1

Otvorite poklopac vrha. Mjerač se automatski uključuje.

### 2

Ubadač čvrsto prislonite uz odabrano mesto ubadanja. Pritisnite dugme za oslobađanje skroz do kraja da biste dobili kap krvi.

### 3

Pažljivo prinesite kap krvi središtu ispitnog područja. Odmaknite prst od ispitnog područja čim se na displeju pojavi poruka „Test in progress" (Test u toku).

### 4

Testiranje je gotovo nakon oko 5 sekundi. Očitajte rezultat testa i zatvorite poklopac vrha. Isključite mjerač.

Roche Diabetes Care GmbH
Accu-Chek korisnički servis, telefon: 020-41 00 42, e-pošta: info@accu-chek.se, **www.accu-chek.se**