Accu-Chek Mobil Hızlı Kılavuz - Türkçe/Turkiska

DB414

Accu-Chek Mobil sistemini kullanmaya başlama

Uç kapağı, açılabildiği kadar açın.
Ancak bu şekilde kaset bölmesini açabilir ve test kasetini takabilirsiniz.

Kayar düğmeyi yukarı itin.
Bu, kaset bölmesi kapağını açar.

Ölçüm cihazına yeni bir test kaseti takın. Kaset bölmesi kapağını ve uç kapağı kapatın.

Pil koruma şeridini ölçüm cihazından çıkarın. Koruyucu filmi ekrandan sökün.

Ölçüm cihazı açılana dek ▬ düğmesine 2 saniye kadar basın. Dili seçmek için ▬ düğmelerini kullanın.



İstenen dili ayarlamak için ▬ düğmesine basın. Seçilen dili onaylamak için ▬ düğmesine basın.

Parmak delicinin hazırlanması

Kapağı, parmak deliciden çıkarın.



Yeni bir lanset tüpü takın (önce beyaz uç).
Artık kullanabileceğiniz 6 yeni ve steril lanset mevcuttur.

Lanset tüpünü, 6 lansetin hepsini kullanmadan çıkarmayın. Çıkarılan lanset tüpünün tekrar takılması mümkün değildir.

Kapağı geri takın.

Parmak delicinin kapağını, istenen delme derinliği gösterge ile aynı hizaya gelene dek döndürün. Örneğin 3 gibi ortalama bir delme derinliği ile başlayın ve daha sonra uygun şekilde ayarlayın.

Parmak delicinizi bir sonraki kan şekeri testi için hazırlayın:
Kayar düğmeyi ① yönüne gittiği kadar itin, ardından tekrar ② yönüne itin.

Dikkate almanız gerekenler

1 Temiz parmaklar

Ellerinizi ılık su ve sabunla yıkayın ve iyice durulayın. Ellerinizi, temiz bir havlu ile tamamen kurulayın.

2 İyi biçimli bir kan damlası

Her zaman küçük, taze ve iyi biçimli bir kan damlası kullanın.

3 Hemen test edin



Kanı, kan damlasını aldıktan hemen sonra test alanına tatbik edin. Kan damlasını tatbik etmeden önce beklemeyin.

4 Kanı düzgün olarak tatbik edin

Kan damlasını, test alanının ortasına hafifçe temas ettirin. Kanı damlasını, test alanına bulaştırmayın.

Kan şekeri testinin yapılması

1

Uç kapağı açın. Ölçüm cihazı otomatik olarak çalışır.

2

Parmak deliciyi, seçilen delme noktasına sıkıca bastırın. Bir kan damlası elde etmek için, tetik düğmesini aşağı doğru tamamen bastırın.

3

Kan damlasını, test alanının ortasına hafifçe temas ettirin. Ekranda “Test in progress” (Test yapılıyor) yazısı görünür görünmez parmağınızı test alanından çekin.

4

Test işlemi yaklaşık 5 saniye içinde tamamlanır. Test sonucunu okuyun ve uç kapağı kapatın. Ölçüm cihazı kapanır.

Roche Diabetes Care GmbH
Accu-Chek Kundsupport, Telefon: 020-41 00 42, E-posta: info@accu-chek.se, **www.accu-chek.se**

ACCU-CHEK®